

Date

Apparatus

Identifier

Description

Last

1

Weeks

All

All

All

9/24/2024 - 9/30/2024

Gantt Chart

Identifier ● 0211 ● 0212 ● 0225 ● 0229 ● 0232 ● 0233 ● 0274

Sep 24

Sep 25

Sep 26

Sep 27

Sep 28

Sep 29

^ Collapse All

<input type="checkbox"/> Isolator Lyophilizator #3 Buffer	
<i>GxP - 3.820 Grenzwertverletzung während Produktionsbetrieb</i>	
<input type="checkbox"/> Tunnel	
<i>GxP - ABD0510 Störung Kommunikation SDV</i>	
<i>GxP - SPK0950 Differenzdruck Kühlzone / Waschraum zu niedrig</i>	
<i>GxP - SKD5500 Störung Druckregelung Kühlzone</i>	
<input type="checkbox"/> Waching Machine	
<i>GxP - RBA0600 Untertemperatur Reinigungsbad</i>	
<i>GxP - RVT0764 Objekte nicht korrekt gereinigt</i>	
<i>GxP - TES0330 Einlaufschnecke ausgerastet</i>	
<i>GxP - RME0412 Überwachung Druckerfassung M1 LF</i>	
<input type="checkbox"/> Lyophilizator #2	
<i>GxP - PT101 DT nicht bestanden</i>	
<input type="checkbox"/> Lyophilizator #3	
<i>GxP - Istwert Kammervakuum tiefer als Sollwert</i>	
<i>GxP - Sollvakuum bei Schritttende nicht erreicht (6078)</i>	
<i>GxP - ZT1 Sollposition Stellplattenzylinder nicht erreicht</i>	
<input type="checkbox"/> Semi-Automatic Inspection	
<i>GxP - M082 IR Vorhang aus (6024/6025)</i>	
<input type="checkbox"/> Isolator Filling Buffer	
<i>GxP - 1.840 Grenzwertverletzung während Dekontaminationszyklus</i>	